

CERTYFIKAT JAKOŚCI

Nr Cer5/09/2021 z dnia 12.09.2021

Quality certificate

Deklaracja zgodności

Nazwa i adres przedstawiciela :
HYDRON hydraulika siłowa Mariusz Szászor
Ul. Kujańska 6a; 77-400 Złotów
NIP: 5040002752; REGON: 301540500
kontakt@hydron.com.pl; www.hydron.com.pl

Nazwa wyrobu : Manometry ciśnieniowe (RACCORDI MANOMETRI)
Typ : Manometr DOLNY radialny
Typ : Manometr TYLNY
Typ : Manometr TABLICOWY

Dane techniczne manometrów :
Ciśnieniomierze z rurką Bourdona
Wypełnienie : gliceryna
Oprawa: stal kwasoodporna
Średnica tarczy: 63 mm lub 100mm
Klasa dokładności 2,5
Zakres wskazań: od -1 do 1000bar
Króciec : tylny lub dolny mosiężny z gwintem M12x1,5, G1/4", G1/2"

Deklarujemy, że wyroby wskazane powyżej są zgodne z następującą normą:

Polska Norma PN-EN 837-1

Dział Kontroli Jakości potwierdza, że powyższe manometry zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, normami wymienionymi powyżej oraz obowiązującym Systemem Kontroli Jakości. Producent przedłożył certyfikat zarządzania jakością **ISO 9001:2015** zakresie produkcji manometrów ciśnieniowych oraz przedłożył certyfikat zgodności z normą **EN837-1:1998** powiązany z dyrektywą **CE: 2014/68/EU** (wyposażenie ciśnieniowe) kategoria III moduł H.

Złotów 12.09.2021

Nadzór nad dokumentacją techniczną :

nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej

HYDRON hydraulika siłowa
Mariusz Szászor
ul. Kujańska 6A 77-400 Złotów
tel. 67 350 53 89
kontakt@hydron.com.pl www.hydron.com.pl
NIP 5040002752 REGON 301540500
Allor Bank S.A. PLN
07 2490 0005 0000 4500 8909 9990